

Izvještaj o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

JN3-2024 - Potrošni materijal za dijagnostiku i liječenje

Podaci o naručitelju

Naziv: **NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA**

Nacionalni reg. broj: **76024026802**

Adresa: **Jelengradska ulica 1, 44317 Popovača, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Potrošni materijal za dijagnostiku i liječenje**

Evidencijski broj nabave: **JN3-2024**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **300.600,00 EUR**

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
1.	Grupa 1. reagensi za laboratorij	28.000,00 EUR
2.	Grupa 2. Reagensi za biokemiju, koagulaciju i hematologiju	14.000,00 EUR
3.	Grupa 3. Imunološki testovi	46.000,00 EUR
4.	Grupa 4. Ostali potrošni laboratorijski materijal 1	5.000,00 EUR
5.	Grupa 5. Ostali potrošni laboratorijski 2	2.100,00 EUR
6.	Grupa 6. Ostali potrošni medicinski materijal 1	44.000,00 EUR
7.	Grupa 7. Ostali potrošni medicinski materijal 2	6.000,00 EUR
8.	Grupa 8. Ostali potrošni medicinski materijal 3	13.000,00 EUR
9.	Grupa 9. Ostali potrošni madicinski materijal 4	15.000,00 EUR
10.	Grupa 11. Rukavice vinil	30,00 EUR

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
11.	Grupa 12. Rukavice lateks bez pudera 1	300,00 EUR
12.	Grupa 13. Rukavice lateks bez pudera 2	800,00 EUR
13.	Grupa 14. Rukavice lateks s puderom	50,00 EUR
14.	Grupa 15. Rukavice nitril	800,00 EUR
15.	Grupa 16. Obloge za rane	18.500,00 EUR
16.	Grupa 17. Obloge za rane 2	650,00 EUR
17.	Grupa 18. Obloge za rane 3	5.500,00 EUR
18.	Grupa 19. Obloge za rane 4	2.900,00 EUR
19.	Grupa 20. Pokrivala za rane	600,00 EUR
20.	Grupa 21. Kapa za EEG i igle za akupunkturu	1.900,00 EUR
21.	Grupa 22. Gel za EEG i igle za EMNG	8.500,00 EUR
22.	Grupa 23. Reagensi za biokemiju i imunokemiju	81.970,00 EUR
23.	Grupa 65. Vakuum epruvete i pripadajuće igle	5.000,00 EUR

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **05.02.2024**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **12.02.2024**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je primio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

Molimo da se iz Grupe 20: Pokrivala za rane - bršu iz grupe sljedeće stavke (ili izdvaja u zasebnu grupu, s obzirom da se iste više ne proizvode) :

1.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 3.2., 3.3., 3.5., cijela stavka 4 (od 4.1.-4.6.), 5.1., 5.2., 5.3., 5.7., 5.8., 5.9., cijela stavka 6 (od 6.1.-6.3.), 7.3., cijela stavka 8 (od 8.1.-8.7.), cijela stavka 9 (od 9.11- 9.9.), čija stavka 10 (od 10.1.-10.5.) - u tablici u prilogu označene su crvenom bojom

Također molimo da se u cijeloj grupi kod preostalih stavki stavi jedinica mjere KOM-komad, umjesto pakiranja/kutije (u tablici u prilogu označeno žutom bojom) ,

te da se kod istih u opisu makne oblik pakiranja npr.10/1.

Hvala u naprijed.

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Poštovani,

Stavke iz grupe 20. će se brisati.

Te će se kao jedinica mjere staviti KOM.

S poštovanjem.

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Drugi

Poštovani,

Molimo informaciju kada je rok za predaju ponuda tj. datum, vrijeme i mjesto otvaranja iste s obzirom da je taj dio ostao prazan u dijelu Upute za ponuditelje?

Zahvaljujemo, srdačan pozdrav.

2.1. Odgovor naručitelja

-

2.2. Obrazloženje

Poštovani,

Rok za dostavu ponude bit će određen kada ćemo objaviti postupak, sada za prethodno savjetovanje nije bio obvezan podatak.

Prethodno savjetovanje traje do 12.02.2024.godine.

S poštovanjem.

3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

vezano uz objavu Poziva na prethodno savjetovanje, Evidencijski broj nabave: JN3-2024, Predmeta nabave: Potrošni materijal za dijagnostiku i liječenje, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi, slobodni smo Vam dostaviti svoje primjedbe i prijedloge vezano uz nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi:

Molimo da se u grupi 17 Obloge za rane 2 brišu redovi broj 18, 18.1.,18.2.,18.3.18.4.,18.5., jer sadrže opise za proizvode kojih više nema na tržištu RH odnosno da se obrišu sljedeći podaci:

18.PRILAGODLJIVA VIŠESLOJNA TANKA, ELASTIČNA, POLIURETANSKA PJENASTA OBLOGA SA SILIKONOM, SMIJE SE REZATI. POLIURETANSKA PJENA HIDROFILNIH SVOJSTAVA KOJA UPIJA U STRUKTURU I MATERIJAL. OBLIKUJE SE PREMA DNU RANE I ISPUNJAVA DEFJEKT DO DUBINE OD 2 cm. STERILNA. PERFORIRANI SILIKONSKI SLOJ PREKO CIJELE POVRŠINE. ŠPERFORACIJA JE VEĆA NA DIJELU KOJI JE U KONTAKTU S RANOM. NE LIJEPI SE ZA RANU I ŠAVOVE, PRIHANJA UZ OKOLNU KOŽU. TRODIJELNI ZAŠTITNI POKROV ZA ASEPTIČKU UPORABU. NEPROPUSNA ZA BAKTERIJE. ULTRA TANKA I FLEKSIBILNA. TRODIJELNI ZAŠTITNI POKROV ZA ASEPTIČKU UPORABU. MOŽE STAJATI NA RANI DO SEDAM DANA.

18.1. 5x5 cm

18.2. 7,5x7,5 cm

18.3. 10x10 cm

18.4. 12,5x12,5 cm

18.5. 5x12,5 cm

Unaprijed zahvaljujemo.

S poštovanjem.

Sara Galović

Referent javne nabave

3.1. Odgovor naručitelja

Prihvća se

3.2. Obrazloženje

Navadene stavke će se brisati.

4. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Rokovi definirani u dokumentaciji o nabavi i/ili natjecanju

1. U dokumentu „Upute za ponuditelje“, dio „Odredbe o ponudi“, kod kriterija „rok isporuke“, u detaljnom opisu za sve grupe predmeta nabave stoji:

„Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 10. Naručitelj je odredio maksimalan rok isporuke 48 sati, dok će za rok isporuke iznad 48 sati Naručitelj dodijeliti 0 (nula) bodova.....“

Obzirom da je definiran maksimalan rok isporuke od 48 sati. Molimo Naručitelja da pojasni da li će biti prihvatljivo ukoliko Ponuditelj ponudi rok isporuke koji prelazi maksimalnih 48 sati. Jasno je da se u tom slučaju za kriterij „rok isporuke“ dobije 0 bodova, ali s obzirom da ponuđena opcija u kojoj rok isporuke može biti iznad 48 sati, nejasno ostaje da li će biti prihvatljivo ukoliko ponuđeni rok isporuke bude iznad 48 sati (iznad maksimalno definiranog)?

4.1. Odgovor naručitelja

-

4.2. Obrazloženje

Bit će prihvatljiva ponuda rokom isporuke preko 48 sati s 0(nula) bodova za rok isporuke.

5. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Upute za izradu i predaju ponudu

2. U dokumentu „Kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta“, dio „Tehnička i stručna sposobnost“ pod „Načini dokazivanja“ navodi se:

„Deklaracija i/ili specifikacija i/ili katalog i/ili izjava proizvođača koji su dostavljeni uz ponudu, (ako su na stranom jeziku) ne trebaju biti prevedeni od strane sudskog tumača te sadržavati Potvrdu istog. Navedene dokumente na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu tražiti ćemo od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja, ako isti nisu dostavljeni uz ponudu.“

Dok u dokumentu „Upute za ponuditelje“ dio „Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio stoji:

„Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (iznimno je moguće navesti pojmove na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice). Također iznimno, dio popratne dokumentacije može biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže i prijevod na hrvatski jezik.

U slučaju dostave dijelova ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj ih je obvezan dostaviti s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.“

Molimo Naručitelja pojašnjenje nejasnoće - da li se Deklaracija i/ili specifikacija i/ili katalog i/ili izjava proizvođača koji se dostavljaju uz ponudu dostavljaju:

- na stranom jeziku
- na hrvatskom jeziku uz prijevod koji nije ovjeren od strane sudskog tumača
- na hrvatskom jeziku uz prijevod koji je ovjeren od strane sudskog tumača

5.1. Odgovor naručitelja

5.2. Obrazloženje

Deklaracija i/ili specifikacija i/ili katalog i/ili izjava proizvođača tražiti će se na hrvatskom jeziku.

6. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Drugi .

3. U dokumentu „Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi“ , u Članku 3. navedeno je:

„Kupac se obvezuje pisanim ili usmenim narudžbama, naručivati od prodavatelja robu u skladu s ovim uvjetima ugovora.“

Molimo Naručitelja da iz odredbe Članka 3. Prijedloga Ugovora o javnoj nabavi izuzme „usmenu narudžbu“.

Očigledno da je Prijedlogom Ugovora definirano da se Narudžbenicom određuje vrsta i količina robe te da se rok isporuke računa od trenutka primanja Narudžbenice, nužno je kao dokaz prethodno navedenog imati napisanu Narudžbenicu.

Ostavljanje mogućnosti usmene narudžbe može rezultirati nejasnoćama i pogrešnim isporukama zbog nepostojanja dokaza/pisanog traga o narudžbi.

6.1. Odgovor naručitelja

Prihvća se

6.2. Obrazloženje

Ponuditelj će navedeno "usmenu narudžbu" obrisati iz prijedloga Ugovora.

7. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

1) Grupa 1: Reagensi za laboratorij 1

Stavka 1. „KONT. KRV XN-CHECK LEVEL 2 3 ml ili jednakovrijedno“ – molimo izmijenite opis stavki u „KONT. KRV XN-L CHECK LEVEL 2 3 ml ili jednakovrijedno“ kako bi kao zainteresirani gospodarski subjekt mogao predati valjanu ponudu.

Stavka 8. „MIKROALBUMIN (A25) BAYER ili jednakovrijedno“ – molimo izmijenite opis stavki u „MIKROALBUMIN 9 (A25) BAYER ili jednakovrijedno“ kako bi kao zainteresirani gospodarski subjekt mogao predati valjanu ponudu.

Molimo dodajte stavku „KONT. KRV XN-L CHECK LEVEL 3 3ml ili jednakovrijedno“ obzirom da su licitirane kontrolne krvi razine 1 i 2 nedostaje vam razina 3.

Molimo brišite sljedeće stavke s obzirom da je prestala podrška i proizvodnja reagenasa od strane proizvođača:

13. „CELLPACK 20 I CT 661628 ili jednakovrijedno

14. „STROMATOLYSER 4DS 1x42 ml FFS-800 ili jednakovrijedno“

15. „STROMATOLYSER FFD-220 A ili jednakovrijedno“

7.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

7.2. Obrazloženje

Ponuditelj prihvaća sve traženo.

8. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Grupa 4 – Ostali potrošni laboratorijski materijal 1

Stavka 17. „NASTAVCI 5 -300 mcl ZA AUTOM. PIPETU 1000/1“ – molimo izmjenu opisa stavki u „NASTAVCI 2-300 mcl ZA AUTOM. PIPETU 1000/1“,

Stavka 22. „NASTAVCI ZA PIP. ŽUTI 2- 200 mcl a 1000“ – molimo izmjenu opisa stavki u „NASTAVCI ZA PIP. ŽUTI 5-200 mcl a 1000“

kako bi više zainteresiranih gospodarskih subjekata moglo predati valjanu ponudu.

Molimo brišite stavke rednog broja 19 „REACTION TUBE 904-0721-9 a 1000 KOJE SU KOMPATIBILNE S KOAGULOMETROM CA 600 SIEMENS ili jednakovrijedno“ s obzirom da je ista stavka navedena pod rednim brojem 9. Sukladno tome, molimo prilagodbu količine za stavku rednog broja 9.

8.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

8.2. Obrazloženje

Ponuditelj prihvaća sve traženo.

9. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

3) Grupa 65 – VAKUUM EPRUVETE I PRIPADAJUĆE IGLE

Stavka 3. „VAKUUM EPRUVETA ZA KOAGULACIJU 2 ml 0,2 ml pufer Natrij citrat (9NC) 0,109 mol/l : 3,2 V/W %; 13x 75 mm,, – molimo izmjenu opisanih stavki u „VAKUUM EPRUVETA ZA KOAGULACIJU 1,8 - 2 ml 0,2 ml pufer Natrij citrat (9NC) 0,109 mol/l : 3,2 V/W %; 13x 75 mm“ kako bi više zainteresiranih gospodarskih subjekata moglo predati valjanu ponudu.

Stavka 4. „VAKUUM EPRUVETA ZA BIOKEMIJU S GELOM 3,5 ml 13x75 mm“ – molimo izmijenite opis stavki u „VAKUUM EPRUVETA ZA BIOKEMIJU S GELOM 3,5 – 4 ml 13x75 mm“ kako bi više zainteresiranih gospodarskih subjekata moglo predati valjanu ponudu.

Stavka 12. „GRADUIRANE PIPETE ZA SEDIMENTACIJU ERITROCITA S PLAVOM SKALOM“ – molimo izmijenite opis stavki u „GRADUIRANE PIPETE ZA SEDIMENTACIJU ERITROCITA kompatibilne s vakuum epruvetama opisanim pod rednim brojem 13“ Različiti proizvođači imaju različite boje skala na pipetama, te

definiranjem boje skale onemogućava se više zainteresiranih gospodarskih subjekata predati valjanu ponudu.

9.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

9.2. Obrazloženje

Prijedlog se ne prihvaća:

Za stavku 3. Volumen epruvete koji je specificiran prilagođen je volumenu pretraživanja koje radimo i po potrebi ponavljamo i razrijeđujemo taj preostali volumen koji nam služi za pohranu. Predloženi manji volumen ne bi zadovoljio navedeni kriterij te se izmjena volumena ne prihvaća.

Za stavku 4. Volumen epruvete koji je specifičan predstavlja najbolji omjer volumena potrebnog za izradu svih biokemijskih i imunokemijskih istraživanja, te slanja uzoraka u suradne ustanove je s druge strane dovoljno malog volumena kojim se smanjuje rizik od nastanka anemije u bolesnika kod kojih se često uzorkuje krv te stoga predloženi veći volumen nije prihvatljiv. Stoga se izmjena volumena ne prihvaća.

Stavka 12. Graduirane pipete s plavom skalom se traže zbog lakšeg očitavanja vrijednosti sedimentacije eritrocita.