

# Izvešće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

---

*JN 1/26 - Potrošni materijal za dijagnostiku i liječenje koji nije obuhvaćen zajedničkom nabavom*

## **Podaci o naručitelju**

Naziv: **NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA**

Nacionalni reg. broj: **76024026802**

Adresa: **Jelengradska ulica 1, 44317 Popovača, Hrvatska**

## **Podaci o postupku nabave**

Naziv postupka nabave: **Potrošni materijal za dijagnostiku i liječenje koji nije obuhvaćen zajedničkom nabavom**

Evidencijski broj nabave: **JN 1/26**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **250.000,00 EUR**

<b>Rbr grupe</b>	<b>Naziv grupe</b>	<b>Procijenjena vrijednost</b>
1.	Reagensi za laboratorij	15.200,00 EUR
2.	Reagensi za urinsku dijagnostiku	1.700,00 EUR
3.	Testovi za biokemiju i imunokemiju	71.800,00 EUR
4.	Ostali potrošni laboratorijski materijal	1.500,00 EUR
5.	Reagensi za koagulaciju	5.100,00 EUR
6.	Vakuum epruvete i pripadajuće igle	4.400,00 EUR
7.	Ostali potrošni medicinski materijal1	43.400,00 EUR
8.	Ostali potrošni medicinski materijal 2	500,00 EUR
9.	Ostali potrošni medicinski materijal 3	20.800,00 EUR
10.	Ostali potrošni medicinski materijal 4	5.100,00 EUR
11.	Ostali potrošni medicinski materijal 5	5.200,00 EUR
12.	Rukavice lateks bez pudera 1	200,00 EUR
13.	Rukavice lateks bez pudera 2	200,00 EUR
14.	Rukavice lateks s puderom	200,00 EUR
15.	Rukavice nitrilne i vinilne	300,00 EUR
16.	Obloge za rane 1	22.200,00 EUR
17.	Obloge za rane 2	5.700,00 EUR
18.	Obloge za rane 3	8.000,00 EUR
19.	Obloge za rane 4	2.800,00 EUR
20.	Obloge za rane 5	10.600,00 EUR
21.	Pokrivala za rane	1.000,00 EUR
22.	Gel za EEG i igle za EMG	8.100,00 EUR
23.	Kapa za EEG i igle za akupunkturu	1.500,00 EUR
24.	Reagensi za biokemiju i hematologiju	14.500,00 EUR

## **Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju**

Datum početka prethodnog savjetovanja: **17.04.2026**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **24.04.2026**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

# **1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta**

---

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Molim vas informaciju za Grupu 3 dali je aparat u vašem vlasništvu

## **1.1. Odgovor naručitelja**

Prihvća se

## **1.2. Obrazloženje**

Da, aparat je u našem vlasništvu.

# **2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta**

---

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani, dali je uređaj za grupu 24 u vlasništvu bolnice

## **2.1. Odgovor naručitelja**

Prihvća se

## **2.2. Obrazloženje**

Da, uređaj je u vlasništvu bolnice

# **3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta**

---

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

molimo za pojašnjenje tehničke specifikacije vezane uz koagulacijske plastične epruvete GRUPA 6, STAVKA 3.

Naime, molimo potvrdu je li, sukladno preporukama, nužno da epruvete budu izvedene s dvostrukom stijenkom, odnosno od dvije vrste plastike (unutarnja stijenka od polipropilena – PP, a vanjska od polietilen-tereftalata – PET), kako bi se osigurao ispravan omjer aditiva i krvi?

### **3.1. Odgovor naručitelja**

Prihvaća se

### **3.2. Obrazloženje**

Da, potrebno je kako ste naveli.

Smatrali smo da se navedeno podrazumijeva.

## **4. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta**

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

Moli se izmjena troškovnika Grupe 16 Obloge za rane 1, kao u privitku.

### **4.1. Odgovor naručitelja**

Prihvaća se

### **4.2. Obrazloženje**

Prihvaća se tražena izmjena, za grupu 16 Obloge za rane 1 briše se stavka r.br. 20 Kateter foley .

## **5. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta**

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

molimo Vas izmjenu u grupi 20 Obloge za rane 5, stavka 6.5.

Navedena dimezija obloge 18,5x19,5 više nije dobavljiva i sad se proizvodi u dimenziji 18x18,5 cm.

Srdačan pozdrav

## 5.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

## 5.2. Obrazloženje

Prihvaća se prijedlog izmjene. Naručitelj će objaviti izmijenjeni troškovnik.

# 6. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

Molim izmjenu specifikacije predmeta nabave za **grupu 21. Stavku 4.**

(hidrokoloidna obloga) na način da se sadašnji opis **briše:**

**„Sterilna hidrokoloidna obloga za rane, čiji je kontaktni sloj sačinjen od carboxymethylcellulose, a površinski sloj je od poliuretanskog filma koji nije propustan za tekućine i mikroorganizme, a propustan je za plinove. U dodiru s izlučevinama iz rane, obloga stvara želatinozni gel koji istovremeno omogućuje vlažnost okoline rane.“**

Naime,

u međuvremenu je na tržištu dostupna novija generacija proizvoda, koja je unaprijeđena u odnosu na ranije verzije, uz zadržavanje osnovnih funkcionalnih karakteristika (vlažno cijeljenje rane, stvaranje gela u kontaktu s eksudatom, zaštita od vanjskih utjecaja).

S ciljem usklađivanja tehničke specifikacije s aktualnim standardima i dostupnim proizvodima na tržištu, kao i omogućavanja jasnije i jednoznačne interpretacije traženih karakteristika, predlažemo sljedeću izmjenu:

### **Predloženi opis nove specifikacije:**

„Sterilna hidrokoloidna obloga za rane, čiji je kontaktni sloj sačinjen od carboxymethylcellulose, a površinski sloj je od poliuretanskog filma koji nije propustan za tekućine i mikroorganizme, a propustan je za plinove. U dodiru s izlučevinama iz rane, obloga stvara želatinozni gel koji istovremeno omogućuje vlažnost okoline rane.“

### **Dimenzije:**

15 x 15 cm (s ljepljivim rubom)

20 x 20 cm (s ljepljivim rubom)

12 x 18 cm (sakralna, s ljepljivim rubom)

Hvala unaprijed

## 6.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

## 6.2. Obrazloženje

Predložena izmjena istovjetna je objavljenom tekstu Troškovnika grupe 21 stavke 4. Naručitelj ne vidi razlog izmjene.

## 7. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

Moli se izmjena troškovnika Grupe 16 Obloge za rane 1, kao u privitku.

### 7.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

### 7.2. Obrazloženje

Prihvaća se prijedlog izmjene. Naručitelj će objaviti izmijenjeni troškovnik.

## 8. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

obzirom da nova generacija obloga više **NE** sadrži poliheksametilen bigvanide (PHMB) u SAP jezgri ,molimo izmjenu specifikacije predmeta nabave za **grupu 21. Stavku 2.**

Na način da **se iz opisa briše:**

**„sadrži poliheksametilen bigvanide (PHMB) u SAP jezgri“**

S poštovanjem

### 8.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

### 8.2. Obrazloženje

Prihvaća se prijedlog izmjene. Naručitelj će objaviti izmijenjeni troškovnik.

## 9. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

molimo vas izmjenu opisa stavke pod rednim brojem 9 u Grupi 17 – Obloge za rane 2.

U trenutačnom opisu navedeno je da je obloga "ljepljiva", što je potrebno ispraviti u "neljepljiva" te molimo da se iz opisa izbací dimenzija 18x18 . Molimo Vas da uvažite ovu izmjenu kako bi specifikacija odgovarala stvarnim potrebama i namjeni traženog artikla.

Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Može stajati na rani do 7 dana. 10 x 10 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm

Unaprijed zahvaljujemo.

## **9.1. Odgovor naručitelja**

Prihvaća se

## **9.2. Obrazloženje**

Prihvaća se prijedlog izmjene. Naručitelj će objaviti izmijenjeni troškovnik.