

## SPECIFIKACIJA TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA UREĐAJA

Red. Br.	OPIS	Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE	Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1	Autosampler (automatski) otvoreni, kapilarni način rada		
2	Tehnologija - optička ili fluorescentna protočna citometrija		
3	Aspiracijski volumen - < ili jednako 100 mikrolitara u automatskom i otvorenom načinu rada		
4	Brzina – 50 – 100 uzoraka na sat		
5	Određivanje CKS sa sljedećim parametrima: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, MPV, P- LCR, PCT		
6	Određivanje parametara: CKS sa DKS: WBC, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BAZO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BAZO %, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT		
7	Mogućnost određivanja absolutne vrijednosti i % retikulocita		
8	Mogućnost odabira testa (selektivnost profila) : CKS, CKS+DKS, CKS + RET, CKS+DIFF + RET		
9	Pohrana podataka – 100 000 uzoraka		
10	Ostale karakteristike – mogućnost povezivanja na LIS		

Ponuditelj: